# Inhalog 1 und 2

Technische
Dokumentation

Copyright by Dräger Medizintechnik GmbH, Lübeck, Deutschland.

Vervielfältigungen für kommerzielle Zwecke untersagt.

Die Gebrauchsanweisung ist zu beachten.

Diese Technische Dokumentation ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung.

Gewährleistungs- und Haftungsbedingungen der Verkaufs- und Lieferbedingungen der Dräger Medizintechnik GmbH werden durch diese Technische Dokumentation nicht erweitert.

Sicherheitsbestimmungen:
Bitte beachten Sie die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen, wie z.B. in Deutschland die Medizingeräteverordnung, die Druckbehälterverordnung, die Technischen Regeln Druckgase oder die Unfallverhütungsvorschriften.

Soweit Hinweise auf Gesetze, Verordnungen und Normen gegeben werden, ist die Rechtsordnung in der Bundesrepublik Deutschland zugrunde gelegt.

Bitte beachten Sie Ihre länderspezifischen Gesetze und Verordnungen.

Dräger

Verwendungszweck

Inhalog 1 und 2 sind Beatmungsgeräte mit Medikamentenvernebler für die Inhalationstherapie (assistierende Beatmungsinhalationstherapie).
Einige Indikationen zur Anwendung der Inhalationstherapie:

- Propylaxe-Therapie für Sekretretentionen und bessere Verteilung des Aerosols, z.B. bei Asthma und anderen obstruktiven Lungenerkrankungen,
- instabiler Thorax.

Die Inhalationstherapie wird normalerweise mehrmals täglich für 15 bis 20 Minuten durchgeführt. Dabei werden jeweils ca. 3 mL Medikamente vernebelt (Bronchodilatatoren, sputumlösende Mittel, Antibiotika, physiologische Kochsalzlösung usw.). Die vernebelten Medikamentenaerosole haben eine Größe von 0,5 bis 5 µm.
Die Durchführung jeder Inhalationstherapie muß nach ärztlicher Anweisung erfolgen.

90 04 987

NUR ZUR INFORMATION
Bei Änderung erfolgt kein Austausch

# Technische Daten

Dräger

**Inhalog 1 und 2**

| | |
|---|---|
| Steuerprinzip | druckgesteuert |
| Beginn der Inspiration | vom Patienten getriggert<br>oder durch manuelle Inspirationsauslösung |
| Inspirationsdruck | stufenlos 10 bis 45 mbar einstellbar |
| Inspirationsflow | stufenlos 15 bis 40 L/min einstellbar |
| Flowverhalten | dezelerierend |
| Verneblerflow | ca. 6 L/min |
| Verneblerleistung | ca. 3 mL/10 min Beatmung |
| Vernebler-Ausatemstenosen (Einstellung am Ring, Ziffer am Ring auf Markierungsstrich) | Ringstellung 0 12 ∅ Ausatemöffnung<br>Ringstellung 1 7,5 ∅<br>Ringstellung 2 5 ∅<br>Ringstellung 3 4 ∅ |
| Vernebler-Füllmengen | 3, 6, 10 und 20 mL |

**Inhalog 1 – pneumatisch betrieben**

| | |
|---|---|
| Triggerdruck | −1,5 mbar bis −4 mbar stufenlos einstellbar |
| Antrieb | 2 bis 6 bar ölfreie Druckluft oder $O_2$<br>aus einer Zentralen Versorgungsanlage |

Die $O_2$-Konzentration der Beatmungsluft ist abhängig von der Floweinstellung

| mit Antrieb $O_2$: Floweinstellung | ca. % $O_2$ |
|---|---|
| A ≈ 17 L/min | 100 |
| B ≈ 24 L/min | 85 |
| C ≈ 35 L/min | 65 |
| D ≈ 40 L/min | 57 |
| E ≈ 42 L/min | 55 |
| mit Antrieb Druckluft: | 21% $O_2$ |

| | |
|---|---|
| Ansaugluft des Injektors | über ein von außen zu wechselndes Filter |
| Gewicht | ca. 3,5 kg |
| Abmessungen | B x H x T = 150 x 246 x 180 mm |

**Inhalog 2 – elektrisch betrieben**

| | |
|---|---|
| Triggerdruck | −1,5 mbar, fest eingestellt |
| Antrieb | 220 V/50 Hz<br>andere Spannungen auf Anfrage |
| Leistung | 100 W |
| Ansaugluft des Kompressors | über je ein Filter, |
| Ansaugluft des Injektors | von außen angesaugt |
| Gewicht | ca. 9 kg |
| Abmessungen | B x H x T = 150 x 330 x 450 mm |

**Medikamentenvernebler**

| | |
|---|---|
| Materialien | Membrane und Schlauch auf Zerstäuberdüse aus Silikon.<br>Alle anderen Teile: aus Polysulfon (hierzu bitte Hinweise unter „Dampfsterilisation" beachten). |

90 04 987

NUR ZUR INFORMATION
Bei Änderung erfolgt kein Austausch

Dräger

## Pflege

Achtung! Netzstecker ziehen! (Inhalog 2).

## Reinigung

Die Schublade herausnehmen (Inhalog 2). Die Schläuche von Gerät und Vernebler abziehen.
Mundstück entfernen. Vernebler zerlegen. Vom Verneblergehäuse ist der Zerstäuber abzuziehen. Mit der Düsennadel sind die kleinen Düsenöffnungen zu reinigen. Die Düsennadel befindet sich beim Inhalog 1 auf der Geräterückseite, beim Inhalog 2 in der Schublade des Gerätes.
Alle Teile einer gründlichen Reinigung unter fließendem Wasser unterziehen, insbesondere innen. Anschließend Teile abschütteln und gut trocknen.
Verunreinigungen am Gerät werden mit einem feuchten Tuch, das mit einem herkömmlichen Spülmittel (Netzmittel) getränkt ist, entfernt.

90 04 987

NUR ZUR INFORMATION
Bei Änderung erfolgt kein Austausch

Dräger

Desinfektion des Verneblers mit flüssigen Desinfektionsmitteln

Alle demontierten Teile in eine Desinfektionslösung legen.

Achtung!

Es dürfen nur Desinfektionslösungen benutzt werden, die die verwendeten Materialien (S. "Techn. Daten - Medikamentenvernebler) nicht angreifen. Im Zweifelsfall ist beim Desinfektionsmittel-Hersteller die Freigabe einzuholen.
Anschließend sind die Teile gründlich zu spülen und zu trocknen.
Das Gehäuse des Inhalog 1 und 2 kann mit Desinfektionslösung abgewischt werden.

NUR ZUR INFORMATION
Bei Änderung erfolgt kein Austausch

90 04 987

Dräger

Desinfektion im Dräger-Aseptor

Das Gerät (Inhalog 1 oder 2) ist- wie unter Kapitel Reinigung beschrieben-für die Desinfektion vorzubereiten. Gerät und Kleinteile müssen trocken sein, da sonst nach der Desinfektion Geruchsbelästigungen entstehen können. Elektrisch betriebene Geräte (Inhalog 2) müssen vor der Desinfektion im Aseptor 1,5 Stunden außer Betrieb und damit abgekühlt sein, da sonst keine einwandfreie Kondensation erreicht wird und die Desinfektion in Frage gestellt ist.
Die gereinigten Kleinteile werden auf das Ablagebord des Aseptors gelegt. Die gereinigten und getrockneten Verbindungsschläuche werden über die Saugtüllen im Aseptor geschoben.
Inhalog 1 bzw. 2 sowie Fahrgestell in den Aseptor stellen.
Nach erfolgter Desinfektion und vor dem erneuten Einsatz am Patienten ist das Gerät auf seine Funktion hin zu überprüfen.

NUR ZUR INFORMATION
Bei Änderung erfolgt kein Austausch

90 04 987

Dräger

Dampfsterilisation

Die Geräte Inhalog 1 und 2 dürfen nicht in Heißdampf sterilisiert werden.
Die Schläuche, das Mundstück, der zerlegte Medikamentenvernebler, die Membrane und sonstige Zubehörteile sind- wie unter Kapitel "Reinigung" beschrieben-für die Dampfsterilisation vorzubereiten. Sie sind in Heißdampf (bis 134°C) im Autoklaven sterilisierbar.
Nach der Dampfsterilisation dürfen die Verneblerteile erst montiert werden, wenn sie abgekühlt sind.

NUR ZUR INFORMATION
Bei Änderung erfolgt kein Austausch

90 04 987

Dräger

## Wartung und Inspektion

Die Silikon-Gummimembrane des Verneblers ist auf Rißbildung zu untersuchen und grundsätzlich nach einem Jahr auszutauschen.

Das rückseitige Filter (Inhalog 1) ist nach 3 Monaten Dauerbetrieb zu wechseln. Über die Pflege hinausgehende Wartungsarbeiten sind nicht erforderlich.

Das Gerät ist einmal jährlich einer Inspektion durch geschultes Fachpersonal zu unterziehen. Dabei sind auch die Filter für Kompressor und Injektor im Inhalog 2 zu wechseln.

90 04 987

NUR ZUR INFORMATION
Bei Änderung erfolgt kein Austausch

Dräger

# Pannenhilfe

| Ausfall | Ursache | Beseitigung |
|---|---|---|
| **Inhalog 1 und 2**<br>Gerät springt beim Triggern nicht auf Inspiration | Schlauchleitung oder Vernebler undicht bzw. defekt | Schläuche fest aufstecken, wenn defekt – erneuern; Vernebler prüfen, richtig zusammenbauen, evtl. Teile ersetzen |
| | Trigger defekt | Dräger-Inspektionsdienst rufen |
| Vernebler erzeugt kein Aerosol | Medikamentenfüllstand zu niedrig | auffüllen |
| | Vernebler verschmutzt | säubern |
| | Silikonschlauch vom Zerstäuber abgefallen | Schlauch aufstecken |
| **Inhalog 2**<br>Gerät läuft nicht an | Stromausfall | Hauselektrik rufen |
| Gerät läuft nicht an, obwohl Kontrollampe brennt | Kompressor defekt | Dräger-Inspektionsdienst rufen |
| Gerät läuft, Kontrollampe zeigt nicht an | Glimmlampe defekt | auswechseln |
| Zu geringer Flow | Ansaugfilter für Kompressor oder Injektor verstopft | Filter wechseln lassen durch Dräger-Inspektionsdienst |

NUR ZUR INFORMATION
Bei Änderung erfolgt kein Austausch

90 04 987

Dräger




**Verschlauchungsschema ab Geräte-Nr. 201 / Tubing diagram as of unit no. 201**




**Verschlauchungsschema bis Geräte-Nr. 534 /**
**Tubing diagram up to unit no. 534**




Verschlauchungsschema ab Geräte-Nr. 535
Tubing diagram as of unit no. 535


Anschlußplatte Kompressor / Connection plate compressor
M
1
2
3
4
5
6
bl/
blue
sw / black
sw /
black
bl / blue
250
400
Schalter / Switch
Sicherungshalter / Fuse holder
Sicherungseinsatz / Fuse
Anschlußklemme /
Terminal




**Verschlauchungsschema bis Geräte-Nr. 200 /**
**Tubing diagram up to unit no. 200**

Dräger

DrägerService

| Ersatzteilliste | Ausgabe | Ersatzteilliste |
|---|---|---|
| INHALOG 1, INHALOG 2 | 01.03.94 | 6272.0 d |

8403570 8403560

## Bestellinformationen zur Ersatzteilliste

Bei Bestellungen geben Sie bitte ausschließlich die in der Ersatzteilliste enthaltenen Bestellnummern an.

Die Bestellnummer entspricht immer 1 Stück bzw. 1 Reparatur-Set.

Die Bestellmenge pro Bestellnummer muß mindestens der Packungseinheit entsprechen oder durch sie teilbar sein.

Beispiele:

1. Bestellung des Kunden 10 Stueck
Es wird geliefert 1 Beutel mit 10 Stueck V04711
Es wird berechnet 10x V04711 a 0,90 DM = Summe 9,00 DM

2.Bestellung des Kunden 3 Stück
Bei Auftragserfassung in der Datenverarbeitung wird automatisch die Liefermenge auf 10 Stück erhöht.
Liefermenge und Berechnung wie Punkt 1.

3.Bestellung des Kunden 16 Stück:
Bei Auftragserfassung wird die Liefermenge auf die nächst höhere Verpackungseinheit -20 Stück-erhöht.
Es wird geliefert 2 Beutel mit je 10x V04712
Es wird berechnet 20x V04712 a 0,90 DM = Summe 18,-DM

Reparatur-Austausch (RAT) setzt die Einsendung eines reparaturwürdigen Teiles voraus. Die in Einzelfällen durch das Drägerwerk vorab gelieferte RAT-Ware wird nach 3 Kalenderwochen zu Neugeräte-Listenpreisen berechnet, wenn der Besteller in diesem Zeitraum die alten Teile nicht zurückgeschickt hat.

Hinweis für die Verarbeitung von Ersatzteilsets im Reparaturfall:

Diese Sets müssen aus technischer Sicht im Reparaturfall immer komplett ausgetauscht werden. Nur so ist eine einwandfreie Funktion des Gerätes nach der Reparatur gewährleistet.

90 04 987

DrägerService
Medizintechnik

Änderungen vorbehalten

| Ersatzteilliste | Ausgabe | Ersatzteilliste |
|---|---|---|
| INHALOG 1, INHALOG 2 | 01.03.94 | 6272.0 d |

8403570 8403560



DrägerService
Medizintechnik

Dräger

Ersatzteilliste
INHALOG 1, INHALOG 2

Ausgabe
01.03.94

Ersatzteilliste
6272.0 d

8403570 8403560

| Nr | B e n e n n u n g | | Bild-Nr. | E-Listen Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INHALOG 1 | 8403570 | | |
| 2 | INHALOG 1,GRUNDGERAET | 8403569 | | |
| 3 | FAHRGESTELL ZUM INHALOG | 8403810 | | |
| | | | | |
| 4 | INHALOG 2 | 8403561 | | |
| 5 | E-SET DUESENREINIGER | 8403647 | | |
| 6 | INHALATIONSZUBEHOER (ISO) | 8407468 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | INHALATIONSZUBEHOER (ISO) | 8407468 | 1 | |
| | INHALOG 1,GRUNDGERAET | | 2 | |
| | DRUCKSCHALTER 1 | 8404010 | 3 | |
| | SCHLAUCHPLAN | | 4 | |
| | INHALOG 1,GRUNDGERAET | | 5 | |
| | DRUCKSCHALTER 1 | 8403711 | 6 | |
| | FAHRGESTELL ZUM INHALOG | 8403810 | 7 | |
| | SCHLAUCHPLAN | | 8 | |
| | INHALOG 2 | | 9 | |
| | DRUCKSCHALTER 2 | 8403650 | 10 | |
| | SCHLAUCHPLAN | | 11 | |
| | SCHLAUCHPLAN | | 12 | |
| | SCHLAUCHPLAN | | 13 | |
| | S-PLAN INHALOG 2 | | 14 | |

DrägerService
Medizintechnik

Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste
INHALOG 1, INHALOG 2

Ausgabe
01.03.94

Ersatzteilliste
6272.0 d
Blatt : 1
Bild : 1

8403570 8403560



8403570 8403560

| Position Nummer | Benennung | Bestell-nummer | Packungs-einheit |
|---|---|---|---|
| 1-13,14a | INHALATIONSZUBEHOER (ISO) | 8407468 | |
| 1-11 | PATIENTENSET (ISO) | 8407467 | |
| 1 | DECKEL | 8406585 | |
| 2-3 | MEMBRAN,UGR. | 8403552 | 2 |
| 4 | RING | 8406582 | |
| 5 | VERNEBLERGEHAEUSE (UGR.) | 8407466 | |
| 6 | DICHTUNG | 8407291 | 5 |
| 7,8,9,12 | SATZ AUSTAUSCHTEILE | 2M85567 | |
| 8 | O-RING | E20566 | 5 |
| 10 | BEHAELTER | 8406584 | |
| 11 | MUNDSTUECK (ISO) | 8407303 | |
| 12,13, 14a | SCHLAUCHSET FUER INHALOG | 8403863 | |
| 12,13, 14b | EINWEGSCHLAUCHSET FUER INHALOG | 8403898 | |
| 12 | SCHLAUCH 2X1 SI NF | 1180614 | 25 |
| 13 | SCHLAUCHKLAMMER | 8403566 | 10 |
| 14a | SCHLAUCH | 8403896 | |
| 14b | 5ER-SET FALTENSCHLAUCH 1M. | 2M17478 | |

DrägerService
Medizintechnik

Dräger

Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste
INHALOG 1, INHALOG 2

Ausgabe
01.03.94

Ersatzteilliste
6272.0 d
Blatt : 3
Bild : 2

8403570 8403560



8403570 8403560

| Position Nummer | Benennung | Bestell-nummer | Packungs-einheit |
|---|---|---|---|
| 1-7 | DREHKNOPF C 1,SCHWARZ | M24406 | |
| 1 | KAPPE 1,SCHWARZ | M24597 | 10 |
| 8 | TUELLE | 8403571 | 5 |
| 9 | TUELLE AV | 8403568 | 5 |
| 12 | FAECHERSCHEIBE A6,4 DIN6798 | 1271075 | 50 |
| 13 | MUTTER BM 6 DIN 439-A4 | 1256386 | 25 |
| 16 | KAPSELFEDER-DRUCKMESSER | 7275092 | |
| 20 | FEDERRING B 4 DIN 127 NG | 1331345 | 50 |
| 21 | SCHRAUBE AM 4X8 DIN 84-A4 NG | 1330659 | 25 |
| 22 | DRUCKSCHALTER 1 (AB GERAET NR. 535) (SIEHE BILD 3) | 8404010 | |
| 22 | RAT-DRUCKSCHALTER (8404010) (AB GERAET NR. 535) (SIEHE BILD 3) | 8405473 | |
| 25 | FILTER | 8402926 | 5 |
| 26 | KAPPE | M18477 | |
| 27 | HALTER F.VERNEBLER | 8403674 | |
| 29 | E-SET DUESENREINIGER | 8403647 | |
| 32-33 | TUELLE M 6X0,5 | 8402394 | |
| 33 | SCHEIBE | 8402392 | 10 |
| 34 | SCHRAUBE | 8403057 | 5 |
| 36 | DRUCKREGLER | 8402745 | |

8403570 8403560

| Position Nummer | Benennung | Bestell-nummer | Packungs-einheit |
|---|---|---|---|
| 39 | SIEBEINSATZ AZ | D11521 | 5 |
| 42 | SENKSCHRAUBE AM3X6 DIN963-A4 B | 1287400 | 100 |
| 44 | SCHRAUBE 00001 | 1330055 | 20 |
| 45-46 | E-SET DRUCKREGLER | 8406678 | |

DrägerService
Medizintechnik

Dräger

Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste
INHALOG 1, INHALOG 2

Ausgabe
01.03.94

Ersatzteilliste
6272.0 d
Blatt : 6
Bild : 3

8403570 8403560



8403570 8403560

| Position Nummer | Benennung | Bestell-nummer | Packungs-einheit |
|---|---|---|---|
| 1-76 | DRUCKSCHALTER 1 (AB GERAET NR. 535) | 8404010 | |
| 1-76 | RAT-DRUCKSCHALTER (8404010) (AB GERAET NR. 535) | 8405473 | |
| 1 | LINS.ZYL.SCHRB.AM4X6DIN85-A4 | 1315838 | 20 |
| 9 | DICHTRING | 2M01524 | 10 |
| 10 | FEDER | M09934 | 10 |
| 15 | ZYLINDERSCHRAUBE 00001 | 1330470 | 25 |
| 16 | FEDERRING B3 DIN 127 | 1309749 | 10 |
| 22 | SCHRAUBE 00003 B | 1287419 | 50 |
| 23 | ZYL.SCHRB.AM3X8 DIN84-A4/051 | 1330799 | 25 |
| 35 | EINSATZ | E22265 | 10 |
| 36 | GEWINDESTIFT | 1323253 | 30 |
| 44 | ZYLINDERSCHRB.AM3X25 DIN 84 | 1333801 | 25 |
| 49-52 | WINKELTUELLE M 6X0,5 | 8402398 | |
| 50 | SCHEIBE | 8402395 | 10 |
| 52 | SCHEIBE | 8402392 | 10 |
| 54 | VENTILMEMBRAN | 8403628 | |
| 57 | ZYLINDERSCHRAUBE AM 3X12 DIN84 | 1304232 | 2 |
| 64 | RUNDSCHNURRING | D16558 | 10 |
| 70 | GLIMMERSCHEIBE | R17329 | 10 |
| 72 | SCHEIBE | 8404046 | 10 |
| 74 | PRAEZISIONS-O-RING | M14545 | 10 |

8403570 8403560

| Position Nummer | Benennung | Bestell-nummer | Packungs-einheit |
|---|---|---|---|
| 19,54-56 62,64,70 72,74 | E-SET DRUCKSCHALTER | 8403626 | |

8403570 8403560




1 ——— Schlauch 4 x 3, Schelle CH 12727 5
Tubing 4 x 3, Clip CH 12727
2 ——— Schlauch 4 x 1,5
Tubing 4 x 1.5
3 ——— Schlauch 9 x 3, Kabelbinder 87 12 007 6
Tubing 9 x 3, Cable clip 87 12 007
4 ——— Schlauch 12 x 3
Tubing 12 x 3

Verschlauchungsschema ab Geräte-Nr. 535
Tubing diagram as of unit no. 535

8403570 8403560

| Position Nummer | Benennung | Bestell-nummer | Packungs-einheit |
|---|---|---|---|
| 1 | SCHLAUCH 4X3-PVC M.EINL.G11370 | 1201247 | |
| 2 | SCHLAUCH 4X1,5-GI 50 SH A NF | 1190520 | |
| 3 | SCHLAUCH | 1180800 | |
| 4 | SCHLAUCH 12X3 | 1198912 | 5 |
| 5 | SCHLAUCHSCHELLE | CH12727 | 10 |
| 6 | KABELBINDER (2,4 X 92 LG) | 8712007 | 25 |

DrägerService
Medizintechnik

Dräger

Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste
INHALOG 1, INHALOG 2

Ausgabe
01.03.94

Ersatzteilliste
6272.0 d
Blatt : 11
Bild : 5

8403570 8403560



8403570 8403560

| Position Nummer | Benennung | Bestell-nummer | Packungs-einheit |
|---|---|---|---|
| 1-7 | DREHKNOPF C 1,SCHWARZ | M24406 | |
| 1 | KAPPE 1,SCHWARZ | M24597 | 10 |
| 8 | TUELLE | 8403571 | 5 |
| 9 | TUELLE AV | 8403568 | 5 |
| 12 | FAECHERSCHEIBE A6,4 DIN6798 | 1271075 | 50 |
| 13 | MUTTER BM 6 DIN 439-A4 | 1256386 | 25 |
| 16 | KAPSELFEDER-DRUCKMESSER | 7275092 | |
| 19 | FEDERRING B 5 DIN 127 NG | 1300849 | 25 |
| 20 | FEDERRING B 4 DIN 127 NG | 1331345 | 50 |
| 21 | SCHRAUBE AM 4X8 DIN 84-A4 NG | 1330659 | 25 |
| 22 | DRUCKSCHALTER 1 (BIS GERAET NR. 534) (SIEHE BILD 6) | 8403711 | |
| 22 | RAT-DRUCKSCHALTER (8403711) (BIS GERAET NR. 534) (SIEHE BILD 6) | 8405472 | |
| 25 | FILTER | 8402926 | 5 |
| 26 | KAPPE | M18477 | |
| 27 | HALTER F.VERNEBLER | 8403674 | |
| 29 | E-SET DUESENREINIGER | 8403647 | |
| 32-33 | TUELLE M 6X0,5 | 8402394 | |
| 33 | SCHEIBE | 8402392 | 10 |
| 34 | SCHRAUBE | 8403057 | 5 |

8403570 8403560

| Position Nummer | Benennung | Bestell-nummer | Packungs-einheit |
|---|---|---|---|
| 36 | DRUCKREGLER | 8402745 | |
| 39 | SIEBEINSATZ AZ | D11521 | 5 |
| 42 | SENKSCHRAUBE AM3X6 DIN963-A4 B | 1287400 | 100 |
| 44 | SCHRAUBE 00001 | 1330055 | 20 |
| 45-46 | E-SET DRUCKREGLER | 8406678 | |

Ersatzteilliste
INHALOG 1, INHALOG 2

Ausgabe
01.03.94

Ersatzteilliste
6272.0 d
Blatt : 14
Bild : 6

8403570 8403560



8403570 8403560

| Position Nummer | Benennung | Bestell-nummer | Packungs-einheit |
|---|---|---|---|
| 1-64 | DRUCKSCHALTER 1 (BIS GERAET NR. 534) | 8403711 | |
| 1-64 | RAT-DRUCKSCHALTER (8403711) (BIS GERAET NR. 534) | 8405472 | |
| 6 | DICHTRING | 2M01524 | 10 |
| 7 | FEDER | M09934 | 10 |
| 12 | ZYLINDERSCHRAUBE 00001 | 1330470 | 25 |
| 13 | FEDERRING B3 DIN 127 | 1309749 | 10 |
| 19 | SCHRAUBE 00003 B | 1287419 | 50 |
| 20 | ZYL.SCHRB.AM3X8 DIN84-A4/051 | 1330799 | 25 |
| 31 | EINSATZ | E22265 | 10 |
| 32 | GEWINDESTIFT | 1323253 | 30 |
| 33 | SCHRAUBE 00003 B | 1287419 | 50 |
| 35-38 | WINKELTUELLE M 6X0,5 | 8402398 | |
| 36 | SCHEIBE | 8402395 | 10 |
| 38 | SCHEIBE | 8402392 | 10 |
| 39 | ZYLINDERSCHRB.AM3X25 DIN 84 | 1333801 | 25 |
| 41 | VENTILMEMBRAN | 8403628 | |
| 44 | ZYLINDERSCHRAUBE AM 3X12 DIN84 | 1304232 | 2 |
| 52 | RUNDSCHNURRING | D16558 | 10 |
| 58 | GLIMMERSCHEIBE | R17329 | 10 |
| 60 | SCHEIBE | 8404046 | 10 |
| 62 | PRAEZISIONS-O-RING | M14545 | 10 |

8403570 8403560

| Position Nummer | Benennung | Bestell-nummer | Packungs-einheit |
|---|---|---|---|
| 16,41-43 48,52,58 | E-SET DRUCKSCHALTER | 8403626 | |

DrägerService
Medizintechnik

Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste
INHALOG 1, INHALOG 2

Ausgabe
01.03.94

Ersatzteilliste
6272.0 d
Blatt : 17
Bild : 7

8403570 8403560



8403570 8403560

| Position Nummer | Benennung | Bestell-nummer | Packungs-einheit |
|---|---|---|---|
| 1a-13 | FAHRGESTELL ZUM INHALOG | 8403810 | |
| 3 | FEDERRING B 4 DIN 127 NG | 1331345 | 50 |
| 5 | FEDERRING B 8,DIN127-NIRO | 1333739 | 50 |
| 6 | FEDERRING B10 DIN 127-NIRO NG | 1335219 | 25 |
| 9 | ROHR | 2M13388 | |
| 11 | SCHRAUBE M 8X60 DIN 6912-A2 | 1329952 | 5 |
| 12 | VERSCHLUSSSTOPFEN | G60036 | 2 |

8403570 8403560




1 —·—·— Schlauch 4 x 3, Schelle CH 12727 / Tubing 4 x 3, clip CH 12727
2 ——— Schlauch 4 x 1,5 / Tubing 4 x 1.5
3 ——— Schlauch 9 x 3 / Tubing 9 x 3
4 —··—·— Schlauch 12 x 3 / Tubing 12 x 3

**Verschlauchungsschema bis Geräte-Nr. 534 / Tubing diagram up to unit no. 534**

37 568

8403570 8403560

| Position Nummer | Benennung | Bestell-nummer | Packungs-einheit |
|---|---|---|---|
| 1 | SCHLAUCH 4X3-PVC M.EINL.G11370 | 1201247 | |
| 2 | SCHLAUCH 4X1,5-GI 50 SH A NF | 1190520 | |
| 3 | SCHLAUCH | 1180800 | |
| 4 | SCHLAUCH 12X3 | 1198912 | 5 |
| 5 | SCHLAUCHSCHELLE | CH12727 | 10 |

Ersatzteilliste
INHALOG 1, INHALOG 2

Ausgabe
01.03.94

Ersatzteilliste
6272.0 d
Blatt : 21
Bild : 9

8403570 8403560





8403570 8403560

| Position Nummer | Benennung | Bestell-nummer | Packungs-einheit |
|---|---|---|---|
| 3 | SCHALTER SDRU 4POL UM | 1823140 | |
| 4-10 | DREHKNOPF C 1,SCHWARZ | M24406 | |
| 4 | KAPPE 1,SCHWARZ | M24597 | 10 |
| 11 | TUELLE AV | 8403568 | 5 |
| 12 | TUELLE | 8403571 | 5 |
| 16 | FAECHERSCHEIBE A6,4 DIN6798 | 1271075 | 50 |
| 17 | MUTTER BM 6 DIN 439-A4 | 1256386 | 25 |
| 19 | ZYL.SCHRB.AM3X8 DIN84-A4/051 | 1330799 | 25 |
| 20 | DRUCKSCHALTER 2 (SIEHE BILD 10) | 8403650 | |
| 20 | RAT-DRUCKSCHALTER (8403650) (SIEHE BILD 10) | 8403869 | |
| 21 | KAPSELFEDER-DRUCKMESSER | 7275092 | |
| 23 | VERSTAERKERRELAIS | M25716 | |
| 25 | FEDERRING B 5 DIN 127 NG | 1300849 | 25 |
| 27 | SCHRAUBE 00003 B | 1287419 | 50 |
| 28 | SCHRAUBE 00003 | 1329987 | 50 |
| 29 | FEDERRING B3 DIN 127 | 1309749 | 10 |
| 32 | SCHEIBE B 6,4 DIN 125-A4 NG | 1330705 | 25 |
| 33 | FEDERRING B6 DIN 127-NIRO NG | 1333941 | 25 |
| 37 | ZYLINDERSCHRAUBE AM 3X12 DIN84 | 1304232 | 2 |
| 41 | SCHRAUBE AM 4X8 DIN 84-A4 NG | 1330659 | 25 |
| 44 | SICHERUNGSEINSATZ T2A | 1815113 | 10 |

8403570 8403560

| Position Nummer | Benennung | Bestell-nummer | Packungs-einheit |
|---|---|---|---|
| 48 | SET-MIKROBENF.654ST,ISOCLICK | 6733895 | |
| 50 | 6KT-MUTTER BM12X1,5 DIN 439 NG | 1329146 | |
| 54 | FEDERRING B 4 DIN 127 NG | 1331345 | 50 |
| 55 | SCHEIBE B 4,3 DIN 9021-A4 | 1331914 | 25 |
| 56 | 6KT.MUTTER M4 DIN934-A4/051 | 1328956 | 20 |
| 59 | KOMPRESSOR NG | 8403667 | |
| 60 | SCHEIBE B 5,3 DIN 9021-A4 | 1329472 | 20 |
| 63 | FEDERSCHNAPPVERSCHLUSS | 2M17213 | |
| 64 | SECHSKT.MUTTER M3 DIN934-M A4 | 1334913 | 10 |
| 68 | BLECHSCHRB.B2,2X4,5DIN 791 | 1330217 | 20 |
| 71 | SATZ KABELDURCHFUEHRUNG | 2M17104 | |
| 72 | NETZLEITUNG,2 M NG | 1808095 | |
| 73 | SCHALLDAEMPFER | 8404044 | |
| 83 | SCHEIBE A 4,3 DIN 125-A2 | 1327542 | 20 |
| 84 | GUMMIPUFFER | M21476 | 10 |
| 85 | SCHRAUBE AM 4X12 DIN 84-A2 | 1287710 | 20 |
| 87 | WINKELTUELLE | 8408673 | 5 |
| 87 | TUELLE NG<br>(BIS GERAET NR. 585) | 6801353 | 5 |
| 88 | E-SET MEMBRAN | 8408032 | |
| 89 | FLUEGELRAD | 8408681 | |
| 90-105 | RUESTSATZ KOMPRESSOR | 8408287 | |
| 92 | FEDERRING B3 DIN 127 | 1309749 | 10 |

8403570 8403560

| Position Nummer | Benennung | Bestell-nummer | Packungs-einheit |
|---|---|---|---|
| 93 | SECHSKT.MUTTER M3 DIN934-M A4 | 1334913 | 10 |
| 94 | SCHRAUBE 00003 B | 1287419 | 50 |
| 95 | ADERENDHUELSE A0,75X6 NG | 1307398 | 50 |
| 96 | ZYLINDERSCHRB.AM3X25 DIN 84 | 1333801 | 25 |
| 99 | 6KT.MUTTER M4 DIN934-A4/051 | 1328956 | 20 |
| 100 | FEDERRING B 4 DIN 127 NG | 1331345 | 50 |
| 101 | SCHEIBE B 5,3 DIN 9021-A4 | 1329472 | 20 |
| 102 | FEDERRING B 5 DIN 127 NG | 1300849 | 25 |

DrägerService
Medizintechnik

Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste
INHALOG 1, INHALOG 2

Ausgabe
01.03.94

Ersatzteilliste
6272.0 d
Blatt : 25
Bild : 10

8403570 8403560



8403570 8403560

| Position Nummer | Benennung | Bestell-nummer | Packungs-einheit |
|---|---|---|---|
| 1-55 | DRUCKSCHALTER 2 | 8403650 | |
| 1-55 | RAT-DRUCKSCHALTER (8403650) | 8403869 | |
| 11 | ZYLINDERSCHRAUBE 00001 | 1330470 | 25 |
| 12 | FEDERRING B3 DIN 127 | 1309749 | 10 |
| 14 | ZYL.SCHRB.AM3X8 DIN84-A4/051 | 1330799 | 25 |
| 22 | EINSATZ | E22265 | 10 |
| 23 | GEWINDESTIFT | 1323253 | 30 |
| 26-29 | WINKELTUELLE M 6X0,5 | 8402398 | |
| 27 | SCHEIBE | 8402395 | 10 |
| 29 | SCHEIBE | 8402392 | 10 |
| 31 | ZYLINDERSCHRB.AM3X25 DIN 84 | 1333801 | 25 |
| 33 | VENTILMEMBRAN | 8403628 | |
| 38 | ZYLINDERSCHRAUBE AM 3X12 DIN84 | 1304232 | 2 |
| 42 | RUNDSCHNURRING | D16558 | 10 |
| 48 | GLIMMERSCHEIBE | R17329 | 10 |
| 50 | SCHEIBE | 8404046 | 10 |
| 52 | PRAEZISIONS-O-RING | M14545 | 10 |
| 16,33-35 41-42,48 50,52 | E-SET DRUCKSCHALTER | 8403626 | |

Ersatzteilliste
INHALOG 1, INHALOG 2

Ausgabe
01.03.94

Ersatzteilliste
6272.0 d
Blatt : 27
Bild : 11

8403570 8403560



8403570 8403560

| Position Nummer | Benennung | Bestell-nummer | Packungs-einheit |
|---|---|---|---|
| 5 | REDUZIERSTUECK | M22286 | 5 |
| 6 | KABELBINDER (2,4 X 92 LG) | 8712007 | 25 |
| 7 | T-TUELLE | 6800187 | 5 |
| 8 | FILTER | 6802050 | |
| 10 | SCHLAUCHSCHELLE | CH12727 | 10 |
| 11 | SCHELLE | G10797 | 10 |
| 12 | SCHLAUCH 4X3-PVC M.EINL.G11370 | 1201247 | |
| 13 | SCHLAUCH | 1180762 | |
| 14 | SCHLAUCH 7X2,5 | 1198343 | |
| 15 | SCHLAUCH | 1180800 | |
| 16 | SCHLAUCH 2X1 SI NF | 1180614 | 25 |
| 17 | SCHLAUCH 12X3 | 1198912 | 5 |
| 18 | SCHLAUCH 4X1,5-GI 50 SH A NF | 1190520 | |
| 19 | SCHLAUCH 4X3 GI (SBR)M.EINL. | 1198572 | 5 |

DrägerService
Medizintechnik

Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste
INHALOG 1, INHALOG 2

Ausgabe
01.03.94

Ersatzteilliste
6272.0 d
Blatt : 29
Bild : 12

8403570 8403560



8403570 8403560

| Position Nummer | Benennung | Bestell-nummer | Packungs-einheit |
|---|---|---|---|
| 1 | FILTER | 6802050 | |
| 2 | T-TUELLE | 6800187 | 5 |
| 5 | REDUZIERSTUECK | M22286 | 5 |
| 7 | SCHLAUCH 4X3-PVC M.EINL.G11370 | 1201247 | |
| 8 | SCHLAUCH | 1180762 | |
| 9 | SCHLAUCH 7X2,5 | 1198343 | |
| 10 | SCHLAUCH | 1180800 | |
| 11 | SCHLAUCH 2X1 SI NF | 1180614 | 25 |
| 12 | SCHLAUCH 12X3 | 1198912 | 5 |
| 13 | SCHLAUCH 4X1,5-GI 50 SH A NF | 1190520 | |
| 14 | SCHLAUCH 4X3 GI (SBR)M.EINL. | 1198572 | 5 |
| 15 | SCHLAUCHSCHELLE | CH12727 | 10 |
| 16 | SCHELLE | G10797 | 10 |

DrägerService
Medizintechnik

Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste
INHALOG 1, INHALOG 2

Ausgabe
01.03.94

Ersatzteilliste
6272.0 d
Blatt : 31
Bild : 13

8403570 8403560



8403570 8403560

| Position Nummer | Benennung | Bestell-nummer | Packungs-einheit |
|---|---|---|---|
| 1 | FILTER | 6802050 | |
| 2 | T-TUELLE | 6800187 | 5 |
| 5 | REDUZIERSTUECK | M22286 | 5 |
| 7 | SCHLAUCH 4X3-PVC M.EINL.G11370 | 1201247 | |
| 8 | SCHLAUCH | 1180762 | |
| 9 | SCHLAUCH 7X2,5 | 1198343 | |
| 10 | SCHLAUCH | 1180800 | |
| 11 | SCHLAUCH 2X1 SI NF | 1180614 | 25 |
| 12 | SCHLAUCH 12X3 | 1198912 | 5 |
| 13 | SCHLAUCH 4X1,5-GI 50 SH A NF | 1190520 | |
| 14 | SCHLAUCH 4X3 GI (SBR)M.EINL. | 1198572 | 5 |
| 15 | SCHLAUCHSCHELLE | CH12727 | 10 |
| 16 | SCHELLE | G10797 | 10 |
| 17 | KABELBINDER (2,4 X 92 LG) | 8712007 | 25 |

Ersatzteilliste
INHALOG 1, INHALOG 2

Ausgabe
01.03.94

Ersatzteilliste
6272.0 d
Blatt : 33
Bild : 14

8403570 8403560



8403570 8403560

| Position Nummer | Benennung | Bestell-nummer | Packungs-einheit |
|---|---|---|---|
| 1 | SCHLAUCH A6,0X0,5 DIN 40620 | 1180479 | 10 |
| 3 | ADERENDHUELSE A0,75X6 NG | 1307398 | 50 |

Dräger Medizintechnik GmbH

Moislinger Allee 53 – 55
D-23542 Lübeck
Bundesrepublik Deutschland

☏ +49 451 882 - 3127
FAX +49 451 882 - 4294

6272.0 d

1. Ausgabe

Änderungen vorbehalten.
Bei Änderung erfolgt kein Austausch.